

# 心外OP帰室準備

## 配置



## 必要物品と準備

入室準備(一般)と同じ準備[\*別紙参照]を行い、さらに心外 OP 帰室用に追加準備を行う。

### ⌘ ベッドカウンター

- CCO モニター
- 挿管セット
- 酸素配管に Y 字コネクターを接続
  - └ 加湿器とインスピロンをそれぞれ接続 / インスピロンセット一式
- ネームプレート(当日, サマリーから身長と体重を記入する)
- 輸液ポンプ 1 台(コード付)

### ⌘ ベッドの左側

- サーボ 900C
- 心外用モニター ...各種設定しておくこと(5 点誘導, ECG 記録設定 60 分毎, アラーム設定)
- 8 っ口用テーブルタップ(メラサキューム用)



### ⌘ ベッドの右側

- 点滴架台に輸液ポンプを設置
  - └ 側面に 30ml シリンジをテープで固定する (ポンピング用)
- ごみ箱
- ベアハッガー+全身用シート+カバー

IABP(※当日, ME 準備)は ICU 入り口

※ベッド右側上のスペースを確保

術後, ベッドの右側上にシリンジ架台(大)が配置されるため, ごみ箱や床頭台などは別の場所に移動させてスペースをとっておく。

### ⌘ ベッド準備

- シーツ
  - バスタオル ...頭
  - アンダーパッド ...頭
  - バスタオル ...体幹
  - ジャクソンリース+酸素チューブ  
(破損がないか確認)
  - 酸素ポンペ
  - ECGコード, SpO<sub>2</sub>コード(SpO<sub>2</sub>の先端側は不要), 圧ライン1本
- ※手術室にベッドを入れる時はポータブルモニターを忘れずにのせる(充電できているか確認)



### ⌘ 心外カート

- ミルキングローラー
- 白ビニールテープ
- ニチバンテープ(布バンや心外テープとも呼ばれている)
- ドップラー
- ペースメーカー

※物品点検しておく

※手術後用の輸液・時間薬の準備は当日行う

### ⌘ ICU 前室に架台(大) ... 手術日当日の朝までに準備

- シリンジポンプ7台
- 加圧バッグ×2 ...送気器つき
- 固定板×1
- シリンジ用シールセット

※貸し出しノートに記入しておく(ポンプの番号も)



## 採血と培養の準備

### ⌘ 採血

- ABGキットと用紙(ABGのみチェック)を10セット
  - 入室直後用 ⇒ 凝固抜き
  - 翌朝用
- } "心外入院セット"

### ⌘ 培養

- 挿管チューブからの吸引
- 咽頭
- 鼻腔

※用紙それぞれ1枚ずつで計3枚用意する.

## 注射薬の準備(当日)

### ▼ベッドカウンターの吊り下げ式架台(右側にセット)に準備

- 5%Tz 500ml + パントール 2A + ビソルボン 2A (MV- I / qd)  
腎機能に問題がなければプリンペラン 2A, メディジェクト K 1A が追加される.  
※ポンプ用輸液セットに三活 2 個をつけて準備.

### ▼心外カートに準備

- イノバン 0.3%注シリンジキット
  - ドブポン 0.3%注シリンジキット
  - 2%Xy 20ml...アンプルを切らずに準備
  - NAD 5A + 5%Tz 45ml ...NAD はアンプルを切らずに 5%Tz のみ吸って準備しておく.  
※ OP 室では三方活栓をつけない為, シリンジは三方活栓つきでセットする.
  - セファメジン 1g + NS 50ml
  - アミカシン 100mg + NS 50ml
  - ザンタック 1A + NS 50ml
- ※手術室からはシリンジに三活がついていないため, 初回更新のシリンジには三活をつける.

### ▼ベッド右側の点滴架台に準備

- ラクテック 500ml + エアー針